

Azienda

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione
delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
(14G00031) (GU Serie Generale n.57 del 10-3-2014)

Data, _____

Firma

Datore di lavoro:

RSPP:

Medico competente (ove nominato):

RLS / RLST:

Qualora si sia evidenziato un rischio relativo a ferite da taglio o da punta il sottoscritto dott. _____
_____ nomina il dott. _____ quale Medico Competente
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle
istruzioni di compilazione previste dal D.l. del 30 novembre 2012

CICLI LAVORATIVI / ATTIVITA'

Ciclo lavorativo/attività: Taglienti					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
Preparazione atto chirurgico	Predisporre il contenitore dei taglienti/pungenti in prossimità dell'operatore Lavaggio chirurgico delle mani - uso dei DPI	Area operativa	Divaricatori, tiralembi, aghi da sutura, aghi da anestesia, bisturi, specillo, courette, matrice, anello di rame, tubo fiala, forbici, scollaperiosto, escavatori, inserti per attrezzature chirurgiche	Sostanze disinfettanti	Odontoiatra - ASO
Apertura busta o contenitore ago/tagliente	Apertura della busta o contenitore facendo attenzione a non puntare il tagliente contro altro operatore. In caso di caduta del tagliente non tentare di raccoglierlo in caduta. Evitare il passaggio diretto mano-mano degli strumenti taglienti. Maneggiare con cura strumenti apparentemente non taglienti: matrice, anello di rame, tubo fiala	Area operativa	Divaricatori, tiralembi aghi da sutura, aghi da anestesia, bisturi, specillo, courette, matrice, anello di rame, tubo fiala, forbici, scollaperiosto, escavatori, inserti per attrezzature chirurgiche	Nessuno	Odontoiatra - ASO
Riordino	Manipolare gli strumenti usati con l'ausilio di pinze e guanti <ul style="list-style-type: none"> • non passare un tagliente utilizzato ad un altro operatore • tenere le mani lontano dalla punta quando manipoli un ago o tagliente • non incappucciare gli aghi usati • non rivolgere mai la punta dell'ago o del tagliente verso il proprio corpo o quelli di altri operatori • non piegare, spezzare o manipolare in qualunque modo gli aghi usati e non disconnettere mai manualmente l'ago dalla siringa se non dopo averlo messo in sicurezza 	Area operativa Area sterilizzazione	Divaricatori, tiralembi aghi da sutura, aghi da anestesia, bisturi, specillo, courette. matrice, anello di rame, tubo fiala, forbici, scollaperiosto, escavatori, inserti per attrezzature chirurgiche		Odontoiatra - ASO
Smaltimento dei taglienti	Rimozione dei taglienti in sicurezza ed inserimento in apposito contenitore rigido, da smaltire con i rifiuti speciali. Non eccedere oltre i 2/3 della sua capacità.	Area operativa Area sterilizzazione Area stoccaggio rifiuti		Rifiuti speciali	ASO